

土壤有效硼试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

土壤中有效硼直接影响着植物的吸收和利用。

测定原理：

硼与甲亚胺在弱酸条件下形成棕黄色配合物，在 420nm 有特征吸收峰。

自备实验用品及仪器：

天平、常温离心机、震荡仪、可见分光光度计、1 mL 玻璃比色皿。

试剂组成和配制：

试剂一：液体 5mL×1 支，4℃保存。

试剂二：粉剂×1 瓶，4℃保存。临用前加 20mL 蒸馏水溶解，加 0.625mL 乙酸。

试剂三：粉剂×1 瓶，4℃避光保存。临用前加 10mL 蒸馏水溶解。

样本处理：

新鲜土样风干，过 100 目筛，按照土壤质量 (g): 蒸馏水体积 (mL) 为 1: 2 的比例（建议称取约 0.5g 土样，加入 1mL 蒸馏水）加入蒸馏水，沸水中浸提 10min，待自然冷却，加入 50 μL 试剂一，震荡 5min，8000g，25℃离心 10min，取上清液待测。

测定操作表：

	空白管	测定管
样本 (μL)		200
试剂二 (μL)	400	400
试剂三 (μL)	200	200
H ₂ O (μL)	400	200
充分混匀，25℃黑暗中静置 1h		
于 1mL 玻璃比色皿，蒸馏水调零，测定 420nm 处吸光值 A，分别记为 A 空白管和 A 测定管，△A=A 测定管-A 空白管		

计算公式：

标准曲线：y = 0.3897x - 0.021, R² = 0.9995

有效硼含量 (mg/kg) = (△A+0.021) ÷ 0.3897 ÷ (W÷V 样总)

$$= 2.56 \times (\Delta A + 0.021) \div W$$



V 样总: 加入提取液体积, 1mL, W: 样本质量, g

注意事项:

1. 配制好的试剂二 4℃保存不可超过 7 天。
2. 显色时严格控制温度并且避光, 以免显色剂见光分解。